

◆検査結果フィードバックのサンプル

検査結果報告				
検体受付日	2020/08/03			
結果報告日	2020/08/03			
報告件数	9			
企業名	検体ID	検査日	Ct値 (CP)	備考・特記事項
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	--	
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	--	
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	--	
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	43.43	要再検査
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	--	
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	--	
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	35.16	要再検査
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	--	
新型コロナ (株)	AAA010000	2020/08/03	--	
<p>※1 弊社では、タカラバイオ株式会社の「SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit」を使用して、PCR検査を実施しています。</p> <p>※2 ※1の測定器の基準では、測定値 (Ct値) が40以下の場合には「陽性疑い (ウイルス検出)」、40より大きい場合または不検出 (Ct値の表記が「--」) の場合には、検出限度以下と判定されております。</p> <p>ただし、測定値 (Ct値) が40より大きい場合には非常に微量の新型コロナウイルス遺伝子が存在する可能性があります。</p> <p>※3 今回のPCR検査は、診断目的で実施したものではありません。検査結果の取扱いには十分ご注意ください。</p>				
			検査責任者	新型コロナウイルス検査センター株式会社 和山 行正

検出限度以下

Ct値40超

検出限度以下
微量の遺伝子の存在の
可能性あり

Ct値40以下

陽性の可能性有り

◆検査結果に対する対応検討表

			方針記入欄	【選択肢例】			
陽性疑い 40以下	隔離対応	待機先		自宅待機（日間）	ホテル手配（日間）	隔離しない	その他
		勤怠整理		テレワーク	有給休暇	無休	その他
	保健所連絡			本人連絡	会社連絡	連絡しない	その他
	病院（保険診療）			本人手配	会社手配	連絡しない	その他
	再検査	検査		唾液PCR（日後）	病院（自由診療）	再検査しない	その他
		移動手段		本人手配	会社手配	手配しない	その他
陰性（40超）	隔離対応	待機先		自宅待機（日間）	ホテル手配（日間）	隔離しない	その他
		勤怠整理		テレワーク	有給休暇	無休	その他
	再検査	検査		唾液PCR（日後）	病院（自由診療）	再検査しない	その他
		移動手段		本人手配	会社手配	手配しない	その他